

NZOZ LABORATORIUM MIKROBIOLOGII

mgr Ewa Tomanek

41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II/1

tel. fax. (32) 228-25-70 e-mail: mikrobiologia@nzozlab.com

CZYNNE: 8:⁰⁰ – 16:⁰⁰, w sobotę i niedzielę, święta: 10:⁰⁰ – 13:⁰⁰

BANK: 14 1050 1357 1000 0010 0156 5363

NIP: 643-000-65-28

Badanie skuteczności sterylizacji aparatów

1. Nazwa placówki:
2. Adres:
3. Data kontroli:
4. Typ urządzenia:
5. Warunki sterylizacji, temp. czas
6. Rodzaj testu: **Sporal A, Sporal S, Test 3M** (*właściwe podkreślić.*)
7. Rozmieszczenie testów:
Test nr 1 – poziom górny
- Test nr 2 – poziom dolny

Wynik badania nr

Data rozpoczęcia badania

Test nr 1: brak wzrostu po 7 dniach

Test nr 2: brak wzrostu po 7 dniach

Test 3M : inkubacja 48 godzin

Test kontrolny – wzrost

Testy inkubowano w temp: **56⁰C, 37⁰C** (*właściwe podkreślić*)

Orzeczenie:

Sterylicję w badanym urządzeniu przeprowadzono skutecznie.

Data:

Badanie wykonane przez:

.....